



检 验 报 告

TEST REPORT



报告编号: WT204017740

第 1 页, 共 4 页

委 托 单 位 : 深圳市合方圆模塑科技有限公司

委托单位地址 : 深圳市龙岗区平湖街道凤凰社区平龙东路246号第2栋

样 品 名 称 : 医用隔离面罩

型号/规格/等级: _____

检 验 类 别 : 送样检验

检 验 地 点 : 龙华实验基地

深圳市计量质量检测研究院
(检验检测专用章)

批准人: 郝建金

签发日期: 2020年04月09日

签 名 : _____



检 验 报 告

报告编号: WT204017740

第 2 页, 共 4 页

样品信息:

样品名称: 医用隔离面罩

商标: 合方圆

型号/规格/等级: -----

样品编/批号: -----

生产日期: -----

生产单位: 深圳市合方圆模塑科技有限公司

生产单位地址: 深圳市龙岗区平湖街道凤凰社区平龙东路246号第2栋

样品数量: 5副

抽样基数: -----

抽样地点: -----

抽样人员: -----

检前样品描述: 正常。

客户信息:

委托单位: 深圳市合方圆模塑科技有限公司

委托单位地址: 深圳市龙岗区平湖街道凤凰社区平龙东路246号第2栋

委托单位电话: 13902475639

邮政编码: -----

受检单位: -----

检验信息:

委托日期: 2020年04月01日

委托单号: 8236004

检验类别: 送样检验

获样方式: 送样

检验日期: 2020年04月01日 至 2020年04月09日

检验环境条件: (18~25)℃ (50~70)%RH

判定依据: GB 14866-2006

检测依据: GB 14866-2006

检验结论:

检验结果见附页。

主检: 陈洁冰

审核: 黄继



检 验 报 告

报告编号: WT204017740

第 3 页, 共 4 页

测试项目	方法标准	标准要求	实测结果	单项结论
一. 结构	GB 14866-2006	1. 表面光滑、无毛刺、无锐角或可能引起眼面部不适感的其他缺陷; 2. 应具有良好的透气性; 3. 可调零件或结构部件应易于调节和替换。	符合 符合 符合	符合
二. 镜片规格	GB 14866-2006	单镜片: 长×宽尺寸不小于105mm×50mm;	310.00mm×169.00mm	符合
三. 镜片的外观质量	GB 14866-2006	镜片表面应光滑、无划痕、波纹、气泡、杂质或其他可能有损视力的明显缺陷。	符合	符合
四. 光学性能 1. 屈光度 (D)	GB 14866-2006	SPH/ CYL 互差: $\begin{matrix} +0.05 \\ -0.07 \end{matrix}$ D	SPH: 主子午面一: 0.00 主子午面二: 0.00 CYL: 0.00	符合
2. 棱镜度 (Δ)	GB 14866-2006	平面型镜片: 棱镜度互差不得超过0.125Δ 左右眼镜片的棱镜度互差不得超过0.18Δ	水平: 0.00 垂直: 0.00 水平: 0.070 基底向外 垂直: 0.013	符合
3. 可见光透射比	GB 14866-2006	无色透明镜片: >0.89	无色透明镜片 左: 0.899 右: 0.895	符合



检 验 报 告

报告编号: WT204017740

第 4 页, 共 4 页

样品图片:



以下空白